



ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๘,๗๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ	จำนวน	๗	เครื่อง
๒. เครื่องวัดอุณหภูมิจิตใจตอลหน้าผาก	จำนวน	๕	เครื่อง
๓. เตียง FOWLER ๒ ไก หักท้าย	จำนวน	๑๔	เตียง
สแตนเลส			
๔. รถเข็นนั่งแบบพับได้ มีเสา	จำนวน	๗	คัน
๕. ชั้นวางของสแตนเลส	จำนวน	๑	ตู้
๖. รถเข็นนอนสแตนเลสปรับศีรษะมี เสาน้ำเกลือ	จำนวน	๒	คัน
๗. รถฉีดยาและดมยา	จำนวน	๑	คัน
๘. เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด	จำนวน	๒	อัน
๙. เครื่องดูดเสมหะ (Suction) พร้อม รถเข็น	จำนวน	๑	คัน
๑๐. เครื่องซังน้ำหนักวัดส่วนสูง ชนิด แกนเลื่อนอัตโนมัติพร้อมระบบเชื่อมต่อ ฐานข้อมูลโรงพยาบาล	จำนวน	๑	เครื่อง
๑๑. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดสอดแขน พร้อมระบบเชื่อมต่อ ฐานข้อมูลโรงพยาบาล	จำนวน	๑	เครื่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.jvkk.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๒๐-๙๙๙๙ ต่อ ๖๓๓๐๔ และ ๖๓๐๐๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


(นายณัฐกร จำปาทอง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีในงานก่อสร้าง**

- 1.ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 928,700.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
- 4.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
เป็นเงิน 928,700.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
- 5.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
สืบราคาจากห้องตลาด
 - 5.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ชายนันเซนเตอร์แอนด์เมดิคอล โทร.0-4322-2340
 - 5.2 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด โทร.0-2656-9800
 - 5.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซเวน สยามเอ็นจิเนียร์ แอนด์ อาร์คิเทค โทร.088-5623056
 - 5.4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศาลาการแพทย์ โทร. 0-4333-6338
 - 5.5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีแอนด์เจ กรุป 88 โทร.094-6328887
 - 5.6 บริษัท ลาโบตรอน เมดิคอล จำกัด โทร.065-5064139
 - 5.7 บริษัท ฮาร์โมนิก 2008 (ประเทศไทย) จำกัด โทร.083-5386688
 - 5.8 บริษัท ทิพย์บรรพตกรุป จำกัด โทร.077-220421
- 6.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

6.1 นางศิริวรรณ	ฤกษ์ธนะขจร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
6.2 นางปรารถนา	คำมีสินนท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
6.3 นายนิมิต	แก้วอาจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
6.4 นางจิตรประสงค์	สิงห์นาง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
6.5 นางภาวิณี	สถาพรธีระ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการ
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์**

1. ความเป็นมา

โรงพยาบาลได้รับอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นงบลงทุน ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการดังนี้

✓ 1.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ	จำนวน	7	เครื่อง	ราคาหน่วยละ	7,900	บาท
✓ 2.เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอลหน้าผาก	จำนวน	5	เครื่อง	ราคาหน่วยละ	2,440	บาท
✓ 3.เตียง Fowler 2 ไก่ หัวท้ายสแตนเลส	จำนวน	14	เตียง	ราคาหน่วยละ	29,500	บาท
✓ 4.รถเข็นนั่งแบบพับได้ มีเสา	จำนวน	7	คัน	ราคาหน่วยละ	5,800	บาท
✓ 5.ชั้นวางของสแตนเลส	จำนวน	1	ตู้	ราคาหน่วยละ	95,000	บาท
✓ 6.รถเข็นนอนสแตนเลสปรับศีรษะมีเสาน้ำเกลือ	จำนวน	2	คัน	ราคาหน่วยละ	19,000	บาท
✓ 7.รถฉีดยาและดมยา	จำนวน	1	คัน	ราคาหน่วยละ	6,500	บาท
✓ 8.เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด (Pluse oximeter)	จำนวน	2	อัน	ราคาหน่วยละ	2,800	บาท
✓ 9.เครื่องดูดเสมหะ (Suction) พร้อมรถเข็น	จำนวน	1	เครื่อง	ราคาหน่วยละ	12,500	บาท
✓ 10.เครื่องซังน้ำหนักวัดสวนสูง ชนิดแกนเลื่อนอัตโนมัติพร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล	จำนวน	1	เครื่อง	ราคาหน่วยละ	120,000	บาท
✓ 11.เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน พร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล	จำนวน	1	เครื่อง	ราคาหน่วยละ	130,000	บาท

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อนำไปใช้ในการพยาบาลให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 2.2 เพื่อทดแทนอุปกรณ์เก่าที่ชำรุด
- 2.3 เพื่อจัดทำให้เพียงพอกับผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์¹ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

3.14 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์

4. รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์

4.1 เครื่องวัดความดันโลหิตปรอทแบบตั้งโต๊ะ

4.1.1 คุณสมบัติทั่วไป

4.1.1.1 เครื่องวัดความดันโลหิตปรอทแบบตั้งโต๊ะ

4.1.1.2 สายรัดแขนทำจาก Nylon อย่างดี

4.1.1.3 ลูกยางบีบพร้อมวาล์วปรับแรงดี ทำจากวัสดุอย่างดี มีตะแกรงกันฝุ่นละอองเข้าใน

ระบบ

4.1.1.4 ตำแหน่งบอกความดันสูง ตั้งแต่ 0-300 มิลลิเมตรปรอท

4.1.1.5 วัดความดันแบบปรอทซึ่งบรรจุในท่อแก้วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า

4.2 มิลลิเมตร

4.1.1.6 ตัวเลขบอกขนาดความดันเป็นสีที่ติดกับสีพื้น สามารถมองเห็นตัวเลขได้อย่างชัดเจน

4.1.1.7 มีวาล์ว ปิด-เปิด น้ำปรอท เพื่อป้องกันน้ำปรอทเล็ดลอดออกมา

4.1.1.8 เมื่อเปิดฝาเครื่องวัดความดันจะมีสปริงล๊อคฝาอัตโนมัติ

4.1.1.9 มีความแม่นยำสูง ค่าความดันผิดพลาด +3 มิลลิเมตรปรอท

4.1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค -

4.1.3 เงื่อนไขเฉพาะ

4.1.3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน EN ISO 9001/12.2000, EN ISO 13485/11.2000

4.1.3.2 รับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถัดจากวันส่งมอบพัสดุครบถ้วน

4.2 เครื่องวัดอุณหภูมิ ดิจิตอลหน้าฉาก

4.2.1 คุณสมบัติทั่วไป

4.2.1.1 สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้ 3 โหมด ได้แก่ อุณหภูมิร่างกาย อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิพื้นผิว เช่น น้ำ นม อาหาร

4.2.1.2 ใช้หลักการการตรวจวัดด้วยระบบอินฟราเรด

4.2.1.3 สามารถตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่ 32.0 ถึง 42.90 องศาเซลเซียส

4.2.1.4 สามารถตรวจวัดอุณหภูมิพื้นผิวได้ตั้งแต่ 0 ถึง 60.0 องศาเซลเซียส

4.2.1.5 สามารถบันทึกผลย้อนหลังได้สูงสุดถึง 32 ค่า

4.2.1.6 มีเสียงสัญญาณเตือนเมื่อเป็นไข้ มีวัดอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 38 องศาเซลเซียส

4.2.1.7 สามารถอ่านค่าอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส

4.2.1.8 ด้ามจับถูกออกแบบมาเพื่อง่ายต่อการใช้งานและมีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิตอล

4.2.1.9 มีกล่องสำหรับใส่อุปกรณ์เพื่อป้องกันความเสียหายจากการเคลื่อนย้ายสะดวกต่อการจัดเก็บและพกพา

4.2.1.10 ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA2 ก้อน ปิดการใช้งานเครื่องโดยอัตโนมัติภายในเวลา 30 วินาที

4.2.1.11 ได้รับรองมาตรฐาน CE Mark ISO13485

4.2.1.12 สินค้ารับประกัน 2 ปี

4.2.2 คุณสมบัติในทางเทคนิค -

4.2.3 เงื่อนไขเฉพาะ

4.3 เตียง Fowler 2 ไก หัวท้ายสแตนเลส

4.3.1 คุณสมบัติทั่วไป

4.3.1.1 เตียงทำด้วยสแตนเลส

4.3.1.2 พนักหัว-ท้ายเตียงทำด้วยท่อกลมสแตนเลส บุฟอรั่มีก้า 2 ด้าน

4.3.1.3 พื้นเตียงทำด้วยแผ่นสแตนเลส

4.3.1.4 มีมือหมุนเตียง 2 ชุด สำหรับปรับหัวเตียง 1 ไก ปรับท้ายเตียง 1 ไก

4.3.1.5 ใส่ลูกล้อ ขนาด 4" หมุนรอบตัว 4 ล้อ มีที่ล็อคล้อ 2 ล้อ

4.3.1.6 มีราวกันเตียงทำด้วยท่อสแตนเลสกลม 1 คู่ ชนิดติดกับเตียง เลื่อนขึ้น-ลงได้

4.3.1.2 ขนาด (กว้าง90) × (ยาว200) × (สูง60) ซม.

4.3.2 คุณสมบัติในทางเทคนิค -

4.3.3 เงื่อนไขเฉพาะ

4.4 รถเข็นนั่งแบบพับได้ มีเสา

4.4.1 คุณสมบัติทั่วไป

4.4.1.1 รถเข็นผู้ป่วยรุ่นมาตรฐานพับได้ ติดเสาน้ำเกลือปรับระดับได้

4.4.1.2 โครงสร้างรถเข็นเป็นเหล็กชุบโครเมียม พับเก็บได้

4.4.1.3 ขนาดความกว้างขณะกางออก 63 ซม. สูง 87 ซม. เบาะนั่ง 46 ซม. สูงจากพื้น 50 ซม. เบาะนั่งเป็นหนังเทียมกันน้ำ ทำความสะอาดง่าย

4.4.1.4 ล้อหลังเป็นล้อยางตัน ขนาด 58 ซม. ล้อหน้าเป็นล้อยางตัน ขนาด 20 ซม. น้ำหนักรถเข็นประมาณ 19 กก. รับน้ำหนักได้ 100 กก.

4.4.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค -

4.4.3 เงื่อนไขเฉพาะ

4.5 ชั้นวางของสแตนเลส

4.5.1 คุณสมบัติทั่วไป

4.4.1.1 ขนาดตัวยาว 2.40 x กว้าง 50.00 x สูง 2.00 เมตร

4.4.1.2 ใช้สแตนเลส เกรด 304 หนา 1.0 มม. จำนวน 4 ชั้น ความสูงจากพื้น 20 ซม. หลังตู้ห่างจากฝ้าเพดาน 45 ซม.

4.5.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค -

4.5.3 เงื่อนไขเฉพาะ

4.6 รถเข็นนอนสแตนเลสปรับศีรษะมีเสาน้ำเกลือ

4.6.1 คุณสมบัติทั่วไป

4.6.1.1 ทำด้วยสแตนเลส เพลทหายกด้านศีรษะได้ และยกเปลออกจากตัวรถเข็นได้ มีราวกันข้าง เสาเข็มเกลือ ที่ใส่ถึงออกซิเจน

4.6.1.2 มีที่นอนฟองน้ำหุ้มหนังเทียม หนา 2" ขนาดรถกว้าง 60 ซม. ยาว 180 ซม. สูง 75 ซม.

4.6.1.3 ใส่ล้อขนาด 6" จำนวน 2 ล้อ ล้อยางตัน ขนาด $\varnothing$ 24 นิ้ว 2 ล้อ

4.6.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค -

4.6.3 เงื่อนไขเฉพาะ

4.7 รถฉีดยาและดมยา

4.7.1 คุณสมบัติทั่วไป

4.7.1.1 มีสองลิ้นชัก ด้านบนเป็นถาดหยาย

4.7.1.2 ขนาดกว้าง 40 ซม. ยาว 55 ซม. สูงรวมล้อ 80 ซม.

4.7.1.3 ใส่ล้อล้อ ขนาด 3" จำนวน 4 ล้อ

4.7.1.4 ด้านข้างรถเข็นมีตะขอสำหรับห้อยอุปกรณ์ ข้างละ 2 ตะขอ

4.7.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค -

4.7.3 เงื่อนไขเฉพาะ

4.8 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด (Pluse oximeter)

4.8.1 คุณสมบัติทั่วไป

- 4.8.1.1 เป็นเครื่องสำหรับวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด และวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
- 4.8.1.2 ใช้แบตเตอรี่ Alkaline ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน
- 4.8.1.3 เป็นผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานสากล CE 0123
- 4.8.1.4 ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภายใต้การควบคุมมาตรฐานของประเทศเยอรมัน
- 4.8.1.5 ขนาดของเครื่อง 63 มม.(ยาว) x 36 มม.(กว้าง) x 34 มม.(สูง)
- 4.8.1.6 น้ำหนักสุทธิ 55 กรัม (รวมแบตเตอรี่)

4.8.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

- 4.8.2.1 หน้าจอแสดงเป็นแบบ OLED แสดงค่าปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2) และตรวจวัดอัตราการเต้นของชีพจรแบบอัตโนมัติ สำหรับสวมนิ้วมือ สามารถใช้ได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก
- 4.8.2.2 แสดงกราฟอัตราการเต้นของชีพจร (PR) แท่งแสดงสัญญาณชีพจร (Pleth bar)
- 4.8.2.3 สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้ 4 มุมมอง 6 แบบ
- 4.8.2.4 มีสัญลักษณ์บอกแบตเตอรี่ต่ำ
- 4.8.2.5 ตัวเครื่องจะปิดเองอัตโนมัติ หากไม่มีสัญญาณการวัด ภายใน 8 วินาที
- 4.8.2.6 มีเมนูสำหรับตั้งค่าสัญญาณการเตือน ที่ค่าสัญญาณสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้
- 4.8.2.7 มีค่าพิสัยความเผื่อการผิดพลาดในปริมาณออกซิเจนในเลือด $\pm 2\%$

4.8.3 เงื่อนไขเฉพาะ

4.9 เครื่องดูดเสมหะ (Suction) พร้อมรถเข็น

4.9.1 คุณสมบัติทั่วไป

- 4.9.1.1 เป็นเครื่องดูดเสมหะแบบพกพา
- 4.9.1.2 เครื่องไม่ต้องน้ำมันหล่อลื่น
- 4.9.1.3 แรงดูดเป็น High flow, High vacuum สามารถปรับแรงดันตามต้องการมีมาตรวัด

แสดงแรงดูด

- 4.9.1.4 มีระบบป้องกันการล้นของของเหลวเข้ามาเครื่องปั๊ม
- 4.9.1.5 ตัวเครื่องทำจากวัสดุพลาสติก
- 4.9.1.6 ขวดบรรจุของเหลวเป็นพลาสติกใส ทำความสะอาดได้ เข้า Autoclave ได้
- 4.9.1.7 ตัวเครื่องมีหูหิ้วสำหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- 4.9.1.8 ขวดบรรจุของเหลวทำจาก Poly Carbonate ซึ่งเป็นวัสดุที่ทนทาน แดกยาก และน้ำหนักเบา ขนาดความจุ 1 ลิตร (สามารถเพิ่มขวดบรรจุของเหลวได้อีก 1 ลิตร)
- 4.9.1.9 ที่ฝาขวดบรรจุของเหลว มีวาล์วกั้นล้น เพื่อป้องกันของเหลวล้นจากขวด เข้า

ตัวเครื่อง

- 4.9.1.10 มี Bacteria Filter เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
- 4.9.1.11 มีสายดูดของเหลว (Suction Tubing) ยาว 2 เมตร จำนวน 1 เส้น และสาย

Suction Catheter จำนวน 1 เส้น

- 4.9.1.12 มี Bacteria Filter สำรอง 2 อัน ต่อ 1 ชุด
- 4.9.1.13 สามารถปรับแรงดูดตั้งแต่ 150-600 มิลลิเมตรปรอท (mmHg)

- 4.9.1.14 อัตราการไหล ≥ 18 ลิตรต่อนาที
- 4.9.1.15 เสียงจากเครื่องความดัง $\leq$ เดซิเบล
- 4.9.1.16 กระบอกพลาสติกบรรจุได้ 1 ลิตร
- 4.9.1.17 ใช้ไฟ AC 220 V $\pm$ 10%, 50Hz
- 4.9.1.18 มีมาตรวัดแรงดูด 0 - 760 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) ขนาดหน้าปัดมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร
- 4.9.1.19 ขนาดตัวเครื่อง 55 x 26.4 x 36.5 เซนติเมตร
- 4.9.1.20 น้ำหนักตัวเครื่อง 6.1 กิโลกรัม
- 4.9.1.21 อัตราการไหล 18 ลิตร/นาที
- 4.9.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค -
- 4.9.3 เงื่อนไขเฉพาะ
 - 4.9.3.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - 4.9.3.2 รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี
- 4.10 เครื่องซังน้ำหนักวัดส่วนสูงชนิดแกนเลื่อนอัตโนมัติพร้อมระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล
 - 4.10.1 คุณสมบัติทั่วไป
 - 4.10.1.1 สามารถซังน้ำหนักได้ในช่วง 10-250 กิโลกรัม
 - 4.10.1.2 สามารถวัดส่วนสูงได้ในช่วง 90-200 เซนติเมตร
 - 4.10.1.3 หน้าจอแสดงผลชนิด LCD มีขนาดใหญ่ตัวเลขเห็นได้ชัดเจน โดยแสดงค่า น้ำหนักส่วนสูง และ ดัชนีมวลกาย
 - 4.10.1.4 สามารถเลือกรูปแบบการวัดได้ทั้งแบบอัตโนมัติหรือแบบธรรมดา
 - 4.10.1.5 แผ่นวัดส่วนสูง (Head Bar) สามารถเลื่อนขึ้นลงได้เองอัตโนมัติ
 - 4.10.1.6 มีระบบตั้งค่าศูนย์อัตโนมัติ
 - 4.10.1.7 มีหน่วยการวัดให้เลือกคือ kg/cm และ lbs/in
 - 4.10.1.8 ที่วัดส่วนสูงสามารถพับเก็บได้ และมีล้อเลื่อนเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่อง
 - 4.10.1.9 ได้ฐานแผ่นเหยียบเท้าเพื่อซังน้ำหนักมีปุ่มปรับระดับเพื่อปรับให้อยู่ในระนาบตรง และมีอุปกรณ์ตรวจวัดความเอียง(Bubble indicator) ติดตั้งมาพร้อมตัวเครื่อง
 - 4.10.1.10 สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ (LaboLink Set) และระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลได้
 - 4.10.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค
 - 4.10.2.1 หน้าจอแสดงผลระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว พร้อมเมนูการใช้งานระบบสัมผัส
 - 4.10.2.2 ใช้หน่วยประมวลผล 1.2GHz QUAD Core 64bit ARMv8
 - 4.10.2.3 มีหน่วยความจำ 1GB
 - 4.10.2.4 ใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาด 8 GB
 - 4.10.2.5 แป้นพิมพ์ระบบสัมผัสบนจอแสดงผล (On Screen Keyboard)
 - 4.10.2.6 สามารถป้อนรหัสผู้รับบริการด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบยูเอสบี (USB) และแป้นพิมพ์ระบบสัมผัส

สั้น

4.10.2.7 อุปกรณ์จะแสดงผลการตรวจวัดค่าสัญญาณชีพต่างๆที่หน้าจอทันทีเมื่อการวัดเสร็จ

4.10.2.8 เชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่านระบบ LAN หรือ Wifi

4.10.2.9 รองรับการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth 4.1

4.10.2.10 มีพอร์ทยูเอสบีจำนวน 4 พอร์ต และ มีพอร์ตส่งสัญญาณวิดีโอแบบ HDMI

และ RCA

4.10.2.11 ส่งข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลผ่านโปรโตคอล HL7

4.10.2.12 มีเมนูการตั้งค่าการเชื่อมต่ออุปกรณ์ การเชื่อมต่อเครือข่าย และการเชื่อมต่อกับระบบโรงพยาบาล แบบระบบสัมผัสที่หน้าจอ

4.10.2.13 เมื่อการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายหรือระบบโรงพยาบาลขัดข้อง และมีข้อมูลใดที่ไม่ถูกส่งเข้าระบบ อุปกรณ์จะดำเนินการซ้ำเป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 30 นาที (Auto-Resending)

4.10.2 คุณสมบัติในทางเทคนิค -

4.10.3 เงื่อนไขเฉพาะ

4.11 เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล

4.11.1 คุณสมบัติทั่วไป

4.11.1.1 สามารถวัดความดันโลหิตและชีพจรด้วยการสอดแขนลงในเครื่อง

4.11.1.2 เครื่องสามารถพิมพ์ผลการวัดอัตโนมัติหลังจากการวัดเสร็จสิ้น และสามารถสั่งปิดการใช้งานนี้ เมื่อไม่ต้องการพิมพ์ผล

4.11.1.3 ขนาดของที่สอดแขนเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 135 มิลลิเมตร (ขนาดแขน 18 – 42 ซม.)

4.11.1.4 จอแสดงผลแบบ 7-segment LED สามารถมองเห็นค่าการวัดได้ชัดเจน โดยแสดงค่าความดันโลหิต ชีพจร และเวลาที่วัด

4.11.1.5 ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 100 – 240 โวลต์ 50 – 60 เฮิร์ตซ์

4.11.1.6 ระบบเพิ่มแรงดันลมแบบอัตโนมัติควบคุมด้วย Micro pump และระบบลดแรงดันควบคุมด้วย Micro valve

4.11.1.7 ช่วงในการวัดความดันคือ 0 – 300 มม.ปรอท โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน + 2 มม.ปรอท

4.11.1.8 ช่วงในการตรวจวัดชีพจรคือ 30 – 200 ครั้งต่อนาที โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน + 2%

4.11.1.9 สามารถแสดงค่า Pulse Pressure

4.11.1.10 สามารถแสดงค่า Pressure Rate Product

4.11.1.11 สามารถแสดงค่า Average Blood Pressure

4.11.1.12 เวลาในการวัดเฉลี่ย 40 วินาที (30 – 60 วินาทีขึ้นอยู่กับชีพจรหรือความดันโลหิต)

4.11.1.13 มีเสียงแนะนำการใช้งานและอ่านค่าการวัดเป็นภาษาไทย และสามารถปรับระดับเสียงได้จากปุ่มหมุนปรับด้านหลังเครื่อง

4.11.2 คุณสมบัติในทางเทคนิค

4.11.2.1 หน้าจอแสดงผลระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว พร้อมเมนูการใช้งานระบบสัมผัส

4.11.2.2 ใช้หน่วยประมวลผล 1.2GHz QUAD Core 64 bit ARMv8

4.11.2.3 มีหน่วยความจำ 1GB

4.11.2.4 ใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาด 8 GB

4.11.2.5 แป้นพิมพ์ระบบสัมผัสบนจอแสดงผล (On Screen Keyboard)

4.11.2.6 สามารถป้อนรหัสผู้รับบริการด้วยเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบยูเอสบี (USB) และ

แป้นพิมพ์ระบบสัมผัส

4.11.2.7 อุปกรณ์จะแสดงผลการตรวจวัดค่าสัญญาณชีพต่างๆที่หน้าจอทันทีเมื่อการวัดเสร็จสิ้น

4.11.2.8 เชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่านระบบ LAN หรือ Wifi

4.11.2.9 รองรับการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth 4.1

4.11.2.10 มีพอร์ตยูเอสบีจำนวน 4 พอร์ต และมีพอร์ตส่งสัญญาณวิดีโอแบบ HDMI และ RCA

4.11.2.11 ส่งข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลผ่านโปรโตคอล HL7

4.11.2.12 มีเมนูการตั้งค่าการเชื่อมต่ออุปกรณ์ การเชื่อมต่อเครือข่ายและการเชื่อมต่อกับระบบโรงพยาบาล แบบระบบสัมผัสที่หน้าจอ

4.11.2.13 เมื่อการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายหรือระบบโรงพยาบาลขัดข้องและมีข้อมูลใดที่ไม่ถูกส่งเข้าระบบ อุปกรณ์จะดำเนินการซ้ำเป็นเวลาก่อนอย่างน้อย (Auto-Resending)

4.11.3 เงื่อนไขเฉพาะ

5. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ราคาต่ำสุด

6. ระยะเวลาในการส่งมอบ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

7. วงเงินในการจัดหา 928,700.- บาท (เก้าแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางศิริวรรณ ฤกษ์ธนะขจร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางปรารถนา คำมีสินนท์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิมิต แก้วอาจ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางจิตรประสงค์ สิงห์นาง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางภาวิณี สถาพรธีระ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายละเอียด
(นายณัฐกร จำปาทอง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๑๑ รายการ
ตามประกาศ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ลงวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๒

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ	จำนวน	๗	เครื่อง
๒. เครื่องวัดอุณหภูมิจิตตอลหน้าผาก	จำนวน	๕	เครื่อง
๓. เตียง FOWLER ๒ โก หัวท้ายสแตนเลส	จำนวน	๑๔	เตียง
๔. รถเข็นนั่งแบบพับได้ มีเสา	จำนวน	๗	คัน
๕. ชั้นวางของสแตนเลส	จำนวน	๑	ตู้
๖. รถเข็นนอนสแตนเลสปรับศีรษะมีเสาน้ำเกลือ	จำนวน	๒	คัน
๗. รถฉีดยาและดมยา	จำนวน	๑	คัน
๘. เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด	จำนวน	๒	อัน
๙. เครื่องดูดเสมหะ (Suction) พร้อมรถเข็น	จำนวน	๑	คัน
๑๐. เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ชนิดแกนเลื่อนอัตโนมัติพร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล	จำนวน	๑	เครื่อง
๑๑. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล	จำนวน	๑	เครื่อง

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ฅ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ ๑๑ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕

(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงานเว้นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กรม

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจากราคาต่อรายการ

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรณีมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอมติให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรณี มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมติที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่ามติการตัดสินของ กรรมการเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กรรมการ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิตินัยบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรณีจะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ กรรมการ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรรมการ

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรรมการอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อกรรมจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือกรณีเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพดด้วงที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดด้วงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพดด้วงนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรม จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และกรม ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ กรม ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินบำรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้าโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ธันวาคม ๒๕๖๒

